

Tableau 1. Commentaires standardisés avec numéros indiqués dans les figures 1 et 2

- 1 Dépistage du VIH : VIH NÉGATIF. Le test de dépistage du VIH était négatif. La présence du virus n'est exclue que si une exposition possible remonte à plus de six semaines (fenêtre temporelle).
- 2 Dépistage du VIH : VIH POSITIF. Le test de confirmation du VIH a confirmé le résultat réactif du dépistage initial. L'échantillon provient d'une personne vivant avec le [VIH, VIH-1, VIH-2, VIH-1 ou VIH-2]. CAS DE DÉCLARATION DU VIH.
- 3 Dépistage du VIH : RAPPORT INTERMÉDIAIRE. Le test de confirmation du VIH n'a pas permis de confirmer le résultat réactif du dépistage initial. Pour une évaluation définitive, il est nécessaire d'effectuer d'autres analyses en laboratoire sur l'échantillon envoyé, ce qui nécessite davantage de temps.
- 4 Dépistage du VIH : VIH NÉGATIF. Deux tests de confirmation du VIH différents n'ont pas permis de confirmer le résultat réactif du dépistage initial ; il est donc considéré comme faussement réactif. La présence du virus n'est exclue que si une exposition possible remonte à plus de six semaines (fenêtre temporelle).
- 5 Dépistage du VIH : VIH POSITIF. L'un des deux tests de confirmation du VIH effectués a confirmé le résultat réactif du dépistage initial. L'échantillon provient d'une personne vivant avec le [VIH, VIH-1, VIH-2, VIH-1 ou VIH-2]. CAS DE DÉCLARATION DU VIH.
- 6a *(Pour un premier envoi)*
Dépistage du VIH : VIH DOUTEUX. Aucun des deux tests de confirmation du VIH effectués n'a permis de confirmer le résultat réactif du dépistage initial. Pour exclure définitivement la présence du VIH, il est nécessaire de répéter l'analyse sur un nouvel échantillon de sang à un intervalle d'environ quatre semaines après le premier échantillon.
- 6b *(Pour un envoi répété après le commentaire 6a avec un résultat de sérologie inchangé / immunoblot négatif)*
Dépistage du VIH : VIH NÉGATIF. Aucun des deux tests de confirmation du VIH effectués n'a permis de confirmer le résultat réactif du dépistage initial. Il est donc considéré comme faussement réactif.
- 6c *(Pour un test répété après 6a avec sérologie VIH croissante)*
Dépistage du VIH : VIH DOUTEUX. Le résultat réactif du test de dépistage initial du VIH [et/ou] du test de confirmation basé sur les anticorps montre une nette augmentation du signal par rapport au premier test effectué un mois auparavant. Une transmission atypique du VIH est suspectée. Veuillez vous adresser au CNR pour la suite des investigations.
- 7 Dépistage du VIH : VIH DOUTEUX. Pour une évaluation définitive, il est nécessaire de répéter l'analyse sur un nouvel échantillon de sang. Veuillez envoyer le plus rapidement possible un nouvel échantillon [à notre laboratoire / au CNR].